

**CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE**

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	C.V (limit 5 %)	data/date
H81009	MG01F-HB8	< 5 %	7/03/13

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure operative in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures, current ISO 9001:2008 regulation.

Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

This product has been tested and has passed all established specifications

Metodo di analisi

Soluzione di coating: 2,5 µg/ml di Rabbit IgG in 0.1M Tampone Carbonato pH 9.6.
Coniugato : Goat Anti-IgG-HRP

Method of analysis

Coating solution: 2,5 µg/ml of Rabbit IgG in 0.1 M Carbonate Buffer pH 9.6.
Conjugate: Goat Anti-IgG-HRP

Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

Test	Risultato	Test	Result
esame visivo	approvato	visual examination	approved
aspetto generale	approvato	general appearance	approved
imballaggio	approvato	packaging	approved

Dr. Maurizia Pettenati
Quality Control manager

Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi
Original signed certificate is filed in our offices