

**CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE**

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	C.V (limit 5 %)	data/date
<b>H81136</b>	<b>MG01F-HB8</b>	<b>&lt; 5 %</b>	<b>08/04/14</b>

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure standard. Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures. This product has been tested and has passed all established specifications

**Metodo di analisi**

Soluzione di coating: 2,5 µg/ml di Rabbit IgG in 0.1M Tampone Carbonato pH 9.6.  
Coniugato : Goat Anti-IgG-HRP

**Method of analysis**

Coating solution: 2,5 µg/ml of Rabbit IgG in 0.1 M Carbonate Buffer pH 9.6.  
Conjugate: Goat Anti-IgG-HRP

**Controllo finale**

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

**Final control**

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

Test	Risultato	Test	Result
esame visivo	approvato	visual examination	approved
aspetto generale	approvato	general appearance	approved
imballaggio	approvato	packaging	approved

**Dr. Maurizia Pettenati**  
Quality Control manager

*Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi*  
*Original signed certificate is filed in our offices*