

## CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

LOTTO/LOT	ARTICOLO/ARTICLE	C.V (limit 10 %)	data/date
<b>M01470</b>	<b>MG0F-MB</b>	<b>&lt; 5 %</b>	<b>28/10/16</b>

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure standard. Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures. This product has been tested and has passed all established specifications

### Metodo di analisi

Soluzione di coating: 2.5 µg/ml di Human IgG in 0.1M Tampone Carbonato pH 9.6.  
 Coniugato : Goat Anti-IgG-HRP

### Method of analysis

Coating solution: 2.5 µg/ml of Human IgG in 0.1 M Carbonate Buffer pH 9.6.  
 Conjugate: Goat Anti-IgG-HRP

### Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

### Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

<b>Test</b>	<b>Risultato</b>	<b>Test</b>	<b>Result</b>
esame visivo	approvato	visual examination	approved
aspetto generale	approvato	general appearance	approved
imballaggio	approvato	packaging	approved

**Dr. Maurizia Pettenati**  
 Quality Control manager

*Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi*  
*Original signed certificate is filed in our offices*