

CERTIFICATO DI ANALISI - TEST CERTIFICATE

| LOTTO/LOT | ARTICOLO/ARTICLE | C.V (limit 10 %) | data/date |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| M02105 | MG0F-MB | < 10 % | 15/05/20 |

Si certifica che il lotto sopra indicato è stato prodotto secondo le procedure standard. Questo prodotto è stato analizzato ed è risultato conforme alle specifiche stabilite.

Biomat hereby certifies that this lot has been manufactured according to applicable standard operating procedures. This product has been tested and has passed all established specifications

Metodo di analisi

Soluzione di coating: 2.5 µg/ml di Human IgG in 0.1M Tampone Carbonato pH 9.6.
 Coniugato: Anti-HIlgG-HRP

Method of analysis

Coating solution: 2.5 µg/ml of Human IgG in 0.1 M Carbonate Buffer pH 9.6.
 Conjugate: Anti-HIlgG-HRP

Controllo finale

Il prodotto finito è stato ispezionato ed approvato per le seguenti caratteristiche fisiche:

Final control

This product has been tested and approved for the following physical characteristics:

| Test | Risultato | Test | Result |
|------------------|-----------|--------------------|----------|
| esame visivo | approvato | visual examination | approved |
| aspetto generale | approvato | general appearance | approved |
| imballaggio | approvato | packaging | approved |

Dr. Maurizia Pettenati
 Quality Control manager

*Copia conforme al certificato originale firmato e conservato presso i nostri archivi
 Original signed certificate is filed in our offices*